

## Calibración Sensor Presión Barométrica (PB)

Proyecto: Central Yungay  
Estación: Planta Yungay  
Fecha: 04/03/2020  
Expiración: 04/03/2021



### Tabla de Valores Sensor Presión Barométrica

Fecha	Sensor Patrón G3260036 mbar	Sensor Estación P3910759 mbar	Error P3910759 mbar	Desviación P3910759 %
04-03-2020	949,0	949,3	0,27	0,03
	949,7	949,9	0,27	0,03
	949,7	949,9	0,27	0,03
	949,3	949,7	0,40	0,04
	948,5	948,9	0,40	0,04
	947,3	947,5	0,27	0,03
	946,5	946,7	0,27	0,03
	946,1	946,3	0,27	0,03

Nota: Desviación máxima 10%

Promedio Desviación %	0,30
-----------------------	------

Desviación menor al 10%: SI ☒ X\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

Observaciones: Calibración realizada en Laboratorio

  
Ing. Andrés Pantoja  
Nombre y Firma Responsable