

Calibración Sensor Presión Barométrica (PB)



CESMEC

Proyecto: CENTRAL YUNGAY
Estación: PLANTA YUNGAY
Fecha: 23-01-2023
Expiración: 23-01-2024

Tabla de Valores Sensor Presión Barométrica

Fecha	Sensor Patrón	Sensor Estación	Error Sensor	Desviación
	Vaisala mmHg	Vaisala mmHg	Vaisala mmHg	Vaisala %
23-01-2023	746	744	2,00	0,27
	746	744	2,00	0,27
	745	744	1,00	0,13
	744	743	1,00	0,13
	743	743	0,00	0,00
	744	743	1,00	0,13
	745	743	2,00	0,27
	745	744	1,00	0,13
	746	744	2,00	0,27
	745	744	1,00	0,13
	745	744	1,00	0,13
	745	744	1,00	0,13
	744	744	0,00	0,00
	746	744	2,00	0,27
	745	744	1,00	0,13
	745	744	1,00	0,13
	746	744	2,00	0,27
	746	744	2,00	0,27
	744	744	0,00	0,00
	745	744	1,00	0,13
	745	744	1,00	0,13
	746	744	2,00	0,27
	746	745	1,00	0,13
	747	745	2,00	0,27

Nota: Desviación máxima 10%

Promedio Desviacion	0,17
---------------------	------

Desviación menor al 10%: SI ☒ NO ☐

Observaciones:

Verificación Laboratorio

MANIO VALLEJOS TORRES
Nombre y Firma