



Calibración Sensor Humedad (RH)

Proyecto: CENTRAL YUNGAY

Estación: PLANTA YUNGAY

Fecha: 1/23/2023

Expiración: 1/23/2024

Tabla de Valores Sensor HR patrón v/s HR Estación

Fecha	Patrón RH %	Sensor Estación RH %	Diferencia RH %	Desviación RH %
1/23/2023	23.3	23.2	0.10	0.43
	20.55	20.47	0.08	0.39
	17.02	16.98	0.04	0.24
	23	22.85	0.15	0.65
	26.5	26.16	0.34	1.28
	28.31	28.06	0.25	0.88
	33	32.85	0.15	0.45
	37.34	37.12	0.22	0.59
	46.51	46.26	0.25	0.54
	50.84	50.63	0.21	0.41
	56.92	56.4	0.52	0.91
	62.9	62.76	0.14	0.22
	67.99	67.86	0.13	0.19
	72.04	71.87	0.17	0.24
	76.2	75.92	0.28	0.37
	80.22	80	0.22	0.27
	81.9	81.6	0.30	0.37
	72.67	72.39	0.28	0.39
	60.98	60.39	0.59	0.97
	52	51.89	0.11	0.21
	41.33	41.18	0.15	0.36
	31.98	31.55	0.43	1.34
	26.09	25.94	0.15	0.57
	67.07	66.43	0.64	0.95

Desviación máxima 10%

Promedio	Desviación	0.55
----------	------------	------

Desviación menor al 10%: SI ☒ NO ☐

Observaciones:

Dario Vallejos Torres